

ACIL VE İLK AYRDIM TEKNİK ŞARTNAME

Teklif verecek firmalar için:

1. Teklif veren firmaların TSE kurumundan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı teklifle beraber verilmelidir.
2. Teklif veren ve teknik servis hizmeti verecek firma ISO 9001 standartlarına uygun olmalıdır. Bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
3. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır, bu belgede yer alacak cevapların da orjinal dökümanlardaki bilgilerle aynı olmalı, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

1.A. YETİŞKİN CPR MAKETİ (TAM BOY)

4. Manken yetişkin boyda, tam vücut olup ilk yardım eğitiminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
5. Mankenin materyali sağlam ve deforme olmayan yapıda olmalıdır.
6. Mankende ventilasyon ve göğüs masajı tamamen gerçekçi değerlerde yapılabilmelidir.
7. Mankende boyun ve çene hareketli olup havayolunun açıklığı test edilebilmelidir.
8. Mankenle birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - a. 20 adet disposable akciğer
 - b. Kullanım kitabı
 - c. Taşıma çantası
 - d. Mankenin üzerinde temizlenebilir estetik eşofman giysisi bulunmalıdır
 - e. Yedek pil
9. 1 adet temizleyici dezenfektan
10. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (İki) yıl ücretsiz garantili olmalı, 10 (On) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

1.B. YETİŞKİN CPR MAKETİ (YARIM BOY)

1. Baş ve gövdeden ibaret yapıda olup ilk yardım eğitiminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Mankende ağızdan ağza suni solunum ve göğse kalp masajı yapılabilmelidir.
3. Mankenin materyali sağlam ve deforme olmayan yapıda olmalıdır.
4. Zeminde açılarak üstünde CPR uygulaması yapabilmeye uygun taşıma ve koruma çantası içinde teslim edilmelidir
5. Manken uygun ve etkili temizliği sağlanmaya müsait olmalıdır.
6. Pratik sırasında yetişkin mankeni büyük gerçekçilik göstermelidir. Mankendeki uygulamalar gözlenebilmelidir (Mankende kalp masajı, suni solunum ve el pozisyonunun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edilebilen ışık göstergeli ünite olmasına gerek yoktur).
7. Yetişkin mankenin baş pozisyonu, havayolu açık ve havayolu kapalı gibi durumları göstermelidir.
8. Yetişkin mankeni üzerinde giysi olmalıdır.
9. Her bir mankenle birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - f. 20 adet disposable akciğerler
 - g. Kullanım kitabı
 - h. Taşıma çantası
10. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına 2 yıl garantili olmalıdır. Ürün garanti bitiminden 10(on) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

2. ÇOCUK CPR MAKETİ (YARIM BOY)

1. Manken 3-6 yaşında bir çocuk büyüklüğünde ve görünümünde olup ilk yardım eğitiminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Mankende ağızdan ağza suni solunum ve göğse kalp masajı yapılabilmelidir.

3. Mankenin materyali sağlam ve deforme olmayan yapıda olmalıdır.
4. Zeminde açılarak üstünde CPR uygulaması yapabilmeye uygun taşıma ve koruma çantası içinde teslim edilmelidir
5. Manken uygun ve etkili temizliği sağlanmaya müsait olmalıdır.
6. Pratik sırasında çocuk mankeni büyük gerçekçilik göstermelidir. Mankendeki uygulamalar gözlenebilmelidir (Mankende kalp masajı, suni solunum ve el pozisyonunun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edilebilen ışık göstergeli ünite olmasına gerek yoktur).
7. Çocuk mankenin baş pozisyonu, havayolu açık ve havayolu kapalı gibi durumları göstermelidir.
8. Çocuk mankeni üzerinde giysi olmalıdır.
9. Her bir mankenle birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - a. 20 adet disposable akciğerler
 - b. Kullanım kitabı
 - c. Taşıma çantası
10. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına 2 yıl garantili olmalıdır. Ürün garanti bitiminden 10(on) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

3. BEBEK CPR MAKETİ (YARIM BOY)

1. Manken 6-9 aylık bir bebek büyüklüğünde ve görünümünde olup ilk yardım eğitiminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Mankende ağızdan ağza suni solunum ve göğse kalp masajı yapılabilir.
3. Mankenin materyali sağlam ve deforme olmayan yapıda olmalıdır.
4. Zeminde açılarak üstünde CPR uygulaması yapabilmeye uygun taşıma ve koruma çantası içinde teslim edilmelidir
5. Manken uygun ve etkili temizliği sağlamaya müsait olmalıdır.
6. Pratik sırasında bebek mankeni büyük gerçekçilik göstermelidir. Mankendeki uygulamalar gözlenebilmelidir (Mankende kalp masajı, suni solunum ve el pozisyonunun doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edilebilen ışık göstergeli ünite olmasına gerek yoktur).
7. Bebek mankenin baş pozisyonu, havayolu açık ve havayolu kapalı gibi durumları göstermelidir.
8. Bebek mankeni üzerinde giysi olmalıdır.
9. Her bir mankenle birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - a. 20 adet disposable akciğerler
 - b. Kullanım kitabı
 - c. Taşıma çantası

10. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına 2 yıl garantili olmalıdır. Ürün garanti bitiminden 10(on) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

4. OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLASYON (EĞİTİM TİPİ)

1. Temel yaşam destek uygulamalarında (ilkyardım eğitimi) kullanılmaya uygun olmalıdır
2. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına 2 yıl garantili olmalıdır. Ürün garanti bitiminden 10(on) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

5. METRONOM (CPR)

1. CPR uygulamaları için geliştirilmiş olmalıdır
2. Metronomun çalışma formunda 30 kalp masajı, iki suni solunum uyarısı olmalıdır
3. Uygulama sırasında uygulayıcıyı dakikada 30 kalp basısını ritmik olarak yapabileceği şekilde sesli ve görsel olarak uymalıdır
4. Metronomun çalışma formu on/off butonu açılmadan çalışmamalıdır
5. Kullanım kılavuzu bulunmalıdır
6. Her bir metronom ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 - a. Taşıma çantası
 - b. Yedek pil
7. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına 2 yıl garantili olmalıdır. Ürün garanti bitiminden 10(on) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.